放射性物質自主検査結果

測定器：ＦｎＦ４０１　検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約　約1kg、測定時間　1000秒

※基準値　セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

測定日	測定資料名	産地・海域	入荷日	ヨウ素１３１	セシウム１３４	セシウム１３７	備考
2015/10/27	生サンマ	千葉県／①海域／銚子港	2015/10/27	不検出	不検出<3.51	不検出<4.10	
2015/10/27	生秋鮭Ｆ	宮城県／③海域／石巻港	2015/10/27	不検出	不検出<2.99	不検出<3.40	
2015/10/27	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/10/27	不検出	不検出<2.83	不検出<3.33	
2015/10/20	ゴマサバ	宮城県／③海域／石巻港	2015/10/20	不検出	不検出<3.04	不検出<3.40	
2015/10/20	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／根室港	2015/10/20	不検出	不検出<3.02	不検出<3.36	
2015/10/20	生タラＦ	北海道／①海域／根室港	2015/10/20	不検出	不検出<3.03	不検出<3.33	
2015/10/13	生サンマ	宮城県／③海域／女川港	2015/10/13	不検出	不検出<3.28	不検出<3.71	
2015/10/13	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津港	2015/10/13	不検出	不検出<2.98	不検出<3.47	
2015/10/13	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/10/13	不検出	不検出<3.29	不検出<3.59	
2015/10/6	ゴマサバ	宮城県／③海域／女川港	2015/10/6	不検出	不検出<2.72	不検出<3.50	
2015/10/6	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津港	2015/10/6	不検出	不検出<2.95	不検出<3.42	
2015/10/6	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/10/6	不検出	不検出<3.10	不検出<3.45	

※NAI（ＴＩ）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した１つの検体についての結果です。

株式会社郡山水産