放射性物質自主検査結果

測定器：ＦｎＦ４０１　検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約　約1kg、測定時間　1000秒

※基準値　セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

測定日	測定資料名	産地・海域	入荷日	ヨウ素１３１	セシウム１３４	セシウム１３７	備考
2015/12/29	生タラＦ	北海道／①海域／根室港	2015/12/29	不検出	不検出<3.11	不検出<3.32	
2015/12/29	ナメタガレイ	北海道／①海域／根室港	2015/12/29	不検出	不検出<2.84	不検出<3.08	
2015/12/29	生ムキサメ	青森県／大間・鰺ヶ沢港	2015/12/29	不検出	不検出<2.80	不検出<3.17	
2015/12/22	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/12/22	不検出	不検出<3.05	不検出<3.44	
2015/12/22	子持ちナメタガレイ	北海道／①海域／根室港	2015/12/22	不検出	不検出<2.75	不検出<3.31	
2015/12/22	生ムキサメ	青森県／大間・鰺ヶ沢港	2015/12/22	不検出	不検出<2.99	不検出<3.28	
2015/12/15	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/12/15	不検出	不検出<2.88	不検出<3.41	
2015/12/15	子持ちナメタガレイ	北海道／①海域／昆布森港	2015/12/15	不検出	不検出<3.12	不検出<3.54	
2015/12/15	生ムキサメ	北海道／①海域／函館港	2015/12/15	不検出	不検出<2.97	不検出<3.31	
2015/12/8	生タラスキンレス	北海道／①海域／根室港	2015/12/8	不検出	不検出<2.85	不検出<3.30	
2015/12/8	子持ちナメタガレイ	北海道／①海域／根室港	2015/12/8	不検出	不検出<2.91	不検出<3.41	
2015/12/8	生ムキサメ	北海道／①海域／函館港	2015/12/8	不検出	不検出<2.91	不検出<3.38	
2015/12/1	生スルメイカ	青森県／①海域／大畑港	2015/12/1	不検出	不検出<2.91	不検出<3.31	
2015/12/1	子持ちナメタガレイ	北海道／①海域／根室港	2015/12/1	不検出	不検出<3.20	不検出<3.92	
2015/12/1	生ムキサメ	青森県／大間・鰺ヶ沢港	2015/12/1	不検出	不検出<2.82	不検出<3.29	

※NAI（ＴＩ）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した１つの検体についての結果です。

株式会社郡山水産