放射性物質自主検査結果

測定器：ＦｎＦ４０１　検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約　約1kg、測定時間　1000秒

※基準値　セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

測定日	測定資料名	産地・海域	入荷日	ヨウ素１３１	セシウム１３４	セシウム１３７	備考
2018/6/5	生銀鮭Ｆ	宮城県／女川沖／女川港	2018/6/5	不検出	不検出<3.02	不検出<3.30	
2018/6/5	生イワシ	千葉県／⑥海域／銚子港	2018/6/5	不検出	不検出<2.94	不検出<3.28	