放射性物質自主検査結果

測定器：ＦｎＦ４０１　検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約　約1kg、測定時間　1000秒

※基準値　セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

測定日	測定資料名	産地・海域	入荷日	ヨウ素 １３１	セシウム １３４	セシウム １３７	備考
2018/10/30	生スルメイカ	北海道／①海域／苫小牧港	2018/10/30	不検出	不検出<2.99	不検出<3.25	
2018/10/30	ゴマサバ	宮城県／③海域／石巻港	2018/10/30	不検出	不検出<2.96	不検出<3.25	
2018/10/30	生サンマ	宮城県／①海域／女川港	2018/10/30	不検出	不検出<2.88	不検出<3.24	
2018/10/23	生スルメイカ	青森県／①海域／泊港	2018/10/23	不検出	不検出<2.68	不検出<3.17	
2018/10/23	生サンマ	宮城県／①海域／女川港	2018/10/23	不検出	不検出<2.77	不検出<3.07	
2018/10/23	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津・野付港	2018/10/23	不検出	不検出<2.99	不検出<3.19	
2018/10/16	生サンマ	宮城県／①海域／女川港	2018/10/16	不検出	不検出<2.78	不検出<3.15	
2018/10/16	生タラＦ	北海道／①海域／根室・羅臼港	2018/10/16	不検出	不検出<2.92	不検出<3.33	
2018/10/16	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津・野付港	2018/10/16	不検出	不検出<2.93	不検出<3.21	
2018/10/9	生スルメイカ	北海道／①海域／浦河港	2018/10/9	不検出	不検出<2.93	不検出<3.18	
2018/10/9	生サンマ	宮城県／①海域／女川港	2018/10/9	不検出	不検出<2.83	不検出<3.03	
2018/10/9	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津・野付港	2018/10/9	不検出	不検出<3.05	不検出<3.23	
2018/10/2	生サンマ	宮城県／①海域／女川港	2018/10/2	不検出	不検出<2.77	不検出<3.17	
2018/10/2	生タラＦ	青森県／①海域／八戸港	2018/10/2	不検出	不検出<2.85	不検出<3.27	
2018/10/2	生秋鮭Ｆ	北海道／①海域／標津・野付港	2018/10/2	不検出	不検出<3.03	不検出<3.38	

※NAI（ＴＩ）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した１つの検体についての結果です。

株式会社郡山水産